

Број: 17/1- VII -19  
Датум: 01.12.2015.

## О Д Г О В О Р

Наручиоца у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у вези захтева за додатним информацијама и појашњењима који се односе на јавну набавку под редним бројем ОП VII /2015

**Питање бр.1:** Да ли је потребно да понуђена центрифуга поседује Решење о упису медицинских средстава у Регистар медицинских средстава с обзиром на то да се користи у здравственој установи?

**Одговор бр.1:** Наручилац је у конкурсној документацији у Пријавном обрасцу (2) - Списак услова потребних за учешће из чл. 75. у тачки 5., посебно нагласио за које партије је потребно Решење-дозвола АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар.

**Питање бр.2:** Тражен је вертикални замрзивач ( - 80° С) капацитета 400 - 450л, да ли је прихватљиво понудити вертикални замрзивач капацитета 368 л?

**Одговор бр.2:** Није прихватљиво. Наручилац остаје при свом захтеву из Конкурсне документације.

**Питање бр.3:** Да ли ће наручилац изменити конкурсну документацију у смислу да тражени микроскоп поседује или халогено или LED осветљење чиме би се омогућило учешће већем броју понуђача и обезбедила већа конкуренција у поступку јавне набавке?

**Одговор бр.3:** Наручилац је 27.11.2015. године већ извршио измену конкурсне документације у Пријавном обрасцу ( 1 ) – Техничке карактеристике, у оквиру минималних карактеристика за Партију 6 - Флуоресцентни микроскоп са камером, која је у складу са постављеним питањем.

**Питање бр.4:** Имајући у виду да микроскоп са наведеним карактеристикама није намењен да се искључиво користи у медицини, већ је то биолошки флуоресцентни микроскоп опште намене, да ли је прихватљиво за партију б доставити изјаву произвођача да понуђен модел микроскопа није декларисан као медицинско средство или изјаву заступника произвођача да понуђен модел не подлеже обавезној регистрацији код АЛИМС-а?

**Одговор бр.4:** Микроскоп тражених карактеристика ће се користити као *in vitro* самостално дијагностичко медицинско средство, те у том смислу подлеже регистрацији код АЛИМС-а. У складу са тим, наручилац остаје при свом захтеву из Конкурсне документације.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

Док. др Мирјана Шефик Букилица

