

Број: 17/1-П- 8

Датум: 13.04.2017.

## ОДГОВОР

Наручиоца у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавка ("Сл. гласник РС" ,бр. број 124/ 2012, 14/2015 и 68/2015), у вези са захтевима за додатним информацијама и појашњењем који се односе на јавну набавку под редним бројем ОП П/2017

**Питање бр. 1:** У Партији број 14 - ELISA тестови за детекцију аутоантитела (квантитативни тестови са минимум 5 стандарда ), ставке 2 и 3:

Да ли је могући понудити Anti-beta2GPI IgG/IgM уместо појединачног антитела односно понудити два антитела уместо једног и за ставку 2. и за ставку 3. партије број 14, с обзиром да је могуће одредити само једну врсту антитела иако тест детектује обе? Уколико је одговор потврдан, Ви би сте били у добитку јер сте добили дупли број тестова оба антитела у односу на тражену количину по истој цени.

**Одговор бр.1:** Могуће је понудити Anti-beta2GPI IgG/IgM комбиновани кит само уколико се може одредити појединачно антитело IgG или IgM на целој плочи од 96 места. На тај начин се не добија дупли број тестова, већ тражена количина.

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

  
Доц. др Мирјана Шериф-Букилица

