

Број: 17/1 - VII –8

Датум: 23.11.2015.године

На основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Институт за реуматологију д о н о с и

### ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

#### За јавну набавку добара – Опрема за лабораторију - Редни број јавне набавке: ОП VII /2015 -

(Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 06.11.2015. г.)

1. У Упутству понуђачима како да сачине понуду, у тачки 10. став 1. мења се и гласи: " Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима монтаже, инсталације и обуке које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке ".

2. У Упутству понуђачима како да сачине понуду, у тачки 11. - Средства финансијског обезбеђења, став 4. мења се и гласи: " Уз наведене менице изабрани понуђач ће доставити фотокопију депонованих потписа лица овлашћених за потписивање, потврду пословне банке као доказ да су менице регистровани код НБС и ОП образац – Оверени потписи лица овлашћених за заступање."

3. У пријавном обрасцу (1) – Техничке карактеристике, Партија 9- Лабораторијски дигестор - МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ мењају се и гласе:

- " - Димензије 960x800x2300mm
- Прикључује се на постојећи вентилациони систем
- Носећа конструкција од челичних галвански заштићених профила и лимова
- Унутрашња облога коморе/радног простора од Треспа топ лаб плус плоча
- Радна површина од монолитне киселоотпорне керамике
- Подпултни елемент од универа за судове и сл.
- Прозор дигестора од сигурносног трослојног стакла.
- Осветљење радног простора изван агресивне средине
- Филтер од активног угља за филтрирање отпадног ваздуха из дигестора
- Вентилатор, радијални, капацитета 1000м кубних по сату ( Наручилац не захтева " ЕХ вентилатор , односно ради са производима и хемикалијама које не захтевају " ех " вентилатор )
- Доставити табелу хемијске резистенције за радне површине које се нуде. "

4. У пријавном обрасцу (1) – Техничке карактеристике у поглављу место и рок испоруке, после става 2. додаје се став 2а који гласи: " Монтажа и инсталација предметног добра обавиће се на месту које одреди Наручилац ".

5. У пријавном обрасцу ( 2 ) – Услови и докази о испуњености услова у складу са чланом 75. Закона, у тачки 5.став 1. мења се и гласи:

" Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа којим је као медицинско средство регистровано добро које је предмет набавке, односно да има важећу дозволу надлежног органа о испуњености услова за стављање у промет добра које је предмет набавке - **ДОЗВОЛУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ САМО УЗ ПОНУДУ ЗА Партију 5 - Јон-селективни анализатор за одређивање електролита (Na, K, Ca++) и Партију 6 - Флуоресцентни микроскоп са камером "**.

6. У пријавном обрасцу ( 2 ) – Услови и докази о испуњености услова у складу са чланом 76. Закона, после тачке 4. додаје се тачка 5 која гласи:

" Да понуђач поседује сертификат ISO 9001:2008 за произвођача у области производње лабораторијског намештаја и ISO 9001:2008 за понуђача у области инсталације лабораторијског намештаја

**ДОКАЗ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ САМО УЗ ПОНУДУ ЗА Партију 9 - Лабораторијски дигестор**

Доказ:

**ЗА ПРАВНА ЛИЦА/ ПРЕДУЗЕТНИКЕ/ФИЗИЧКА ЛИЦА**

Понуђач је дужан да достави фотокопију оба сертификата ".

7. У пријавном обрасцу ( 8 ) – Модел уговора у члану 8. после става 3. додају се речи: " Напомена: Податке о серији менице из става 1. овог члана добављач уноси у моменту потписивања уговора ".

8. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (10) - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ, брише се.

9. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ (12) - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ, брише се.

ПРИЛОГ: Пречишћен текст конкурсне документације

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



Док. др Мирјана Шефик-Букилица