

Број: 17/1- VII - 13
Датум: 25.11.2015.

О Д Г О В О Р

Наручиоца у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у вези захтева за додатним информацијама и појашњењима који се односе на јавну набавку под редним бројем ОП VII /2015

Питање бр.1: Можете ли да наведете максималне димензије (дијаметар и висину) туба 12-15мл за које се захтева адаптер?

Одговор бр.1: Наручилац ће прихватити адаптере предвиђене за епрувете димензија 16мм x110мм.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Доц. др Мирјана Шефик Бузилца

