

Број: 17/1 - VII – 14
Датум: 27.11.2015.године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Институт за реуматологију доноси

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**За јавну набавку добара – Опрема за лабораторију
- Редни број јавне набавке: ОП VII /2015 -**

(Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца дана 06.11.2015. г.)

1. У пријавном обрасцу (1) – Техничке карактеристике, Партија 6- Флуоресцентни микроскоп са камером - МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ мењају се и гласе:

- " - светло поље
- халогено светло 30W или LED осветљење
- LED флуоресценција и филтер за FITC
- LED лампа трајања 50.000 сати
- објективи Plan Achromat 10x, 20x, 40x i 100xOil
- бинокуларни фото тубус 30°/20 (50:50)
- дигитална колорна камера за оптимално сликање флуоресцентних препарата
- софтвер за приказ на компјутеру и за обраду слика
- додатна опрема за повезивање са компјутером. "

ПРИЛОГ: Пречишћен текст конкурсне документације

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

Доц. др Мирјана Шефик-Букилица