

Број: 17/1- VII - 15
Датум: 30.11.2015.

О Д Г О В О Р

Наручиоца у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у вези захтева за додатним информацијама и појашњењима који се односе на јавну набавку под редним бројем ОП VII /2015

Питање бр.1: У партији 2 се тражи центрифуга са хлађењем и грејањем са опсегом температуре од 0 до 42 ° С. Да ли је прихватљиво понудити центрифугу која греје до 40° ?

Одговор бр.1: Наручилац ће прихватити и центрифугу која греје до 40° С, под условом да има активно грејање.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**
Доц. др Мирјана Шефик Букилица