

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
Број: 17/1-V-9
Датум: 12.11.2015. године
Београд, Ресавска 69

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Институт за реуматологију доноси

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

За јавну набавку добра – болнички кревети, редни број набавке ОП В/2015
(Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки и Интернет страницама
Института за реуматологију дана 21.10.2015. г.)

У наведеној Конкурсној документацији:

1. У пријавном обрасцу (12) – Спецификација доабара, мења се текст и гласи:

"Болнички кревети

Болнички кревет са подизањем узгравља и узнојја

Димензија кревета: 205x90цм-52 цм

Лежећа површина душека је 52 цм од пода, за душек димензије 200x90 цм

Конструкција је израђена од металних профиле различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом у боји по избору Наручиоца.

Лежећа површина се састоји из четири сегмента израђених од укрштене жице или мреже са окцима 40x40мм, 40x60 мм или 50x50 мм, не већа од 60x60 у раму цеви, завршно заштићених пластификацијом.

Чеоне стране су израђене од универса у раму од цеви.

Подизање узгравља и узнојја под свим угловима се врши помоћу навојног вретена или потезне полузе.

Горњи и доњи трап кревета су засебне јединице тако да су ноге кревета чеоно и бочно увучене или у нивоу кревета.

Болнички кревет са подизањем узгравља и узнојја, точковима и обостраним сигурносним металним оградама

Димензија кревета: 205x90цм-52 цм;

Лежећа површина душека је 52 цм од пода, за душек димензије 200x90 цм;

Конструкције је израђена од металних профиле различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом у боји по избору Наручиоца.

Лежећа површина се састоји из четири сегмента израђених од укрштене жице или мреже са окцима 40x40мм, 40x60 мм или 50x50 мм, не већа од 60x60 у раму цеви, завршно заштићених пластификацијом.

Чеоне стране су израђене од универса у раму од цеви.

Подизање узгравља и узнојја под свим угловима се врши помоћу навојног вретена или потезне полузе.

Горњи и доњи трап кревета су засебне јединице тако да су ноге кревета ченоно и бочно увучене или у нивоу кревета.

Сигурносне ограде су израђене од челичних профиле завршно заштићене пластификацијом, од ABS пластике или пропилена са могућношћу спуштања. Кревет је постављен не четири точка са кочницом ø 125.

НАПОМЕНА: У прилогу је дат пречишћени текст Конкурсне документације са изменењеним текстом.

