

Број: 18-IV-13
Датум: 20.04.2015.

О Д Г В О Р

Наручиоца у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавка ("Сл. гласник РС" ,бр. 124/12 и 14/15), у вези са захтевима за додатним информацијама и појашњењем који се односе на јавну набавку под редним бројем МВ IV/2015

Питање 1: Под додатним условима тачка 3. захтевате да понуђач поседује сертификат ISO 23907. Тражени сертификат поседује на тржишту Републике Србије само једна компанија, тј. увозник кутија за оштре предмете. На тржишту Републике Србије постоји више компанија које производе тражене кутије и конзролисане су од релевантних домаћих лабораторија. Више од 2000 здравствених установа у Републици Србији користи кутије за оштре предмете и прихвата домаће сертификате. Молимо вас да уважите наш предлог и узмете у обзир доказе о квалитету кутија издатих од стране домаћих лабораторија и самим тим избегнете фаворизовање једног добављача у поступку јавне набавке и избегнете кршење Закона о јавним набавкама. Молимо вас да омогућите конкуренцију више понуда и самим тим уштедите новац вашој установи. У прилогу шаљемо копије сертификата више произвођача на територији Републике Србије.

Одговор: Наручилац је у конкурсној документацији, у пријавном обрасцу 8. – Услови за учешће у поступку јавне набавке, из чл. 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, у оквиру Додатних услова из чл. 76. Закона, по тачком 3. одредио да понуђач располаже неопходном документацијом из које се види да потрошни материјал који се користи за сагрегацију отпада задовољава све потребне стандарде квалитета. У том смислу докази за наведени услов су: сертификат ISO 23907 за кутије за оштре предмете и стакло и сертификат о квалитету, карактеристикама и намени *hdpe* кеса. Приликом одређивања додатних услова и тражених доказа Наручилац је поштовао Закон о јавним набавкама и Правилник о управљању медицинским отпадом и водио рачуна да тражене кутије за оштрице и стакло буду сачињене од материјала отпорног на физичке, хемијске, биолошке и друге особине отпада пакованог у њима, тако да се при руковању спречава угрожавање здравља људи и животне средине. Из наведених разлога Наручилац тражи сертификат ISO 23907, као стандард који специфицира захтеве за кутије - контејнере за једнократну употребу за оштре предмете намењене за држање потенцијално опасног медицинског отпада - оштрице и стакло.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Славковић Снежана
Снежана Славковић

