

Број: 17 - П- 40
Датум: 25.06.2014.

ОДГОВОР

Наручиоца у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавка ("Сл. гласник РС" ,бр. 124/12), у вези са захтевима за додатним информацијама и појашњењем који се односе на јавну набавку под редним бројем ОП П/2014

Питање 1: У партији 23 - Шприцеви и игле за ставку 15 које величине је тражени беби систем, и да ли се разликује од ставке 14 - беби систем за вакутајнер?

Одговор : Ставка 15 - Беби систем за инфузију је величина 23G. Да, разликује се и по димензијама и по намени. Ставка 14 - Беби систем за вакутајнер је димензија 23Gx3/4" (0,64 x 19mm).

Питање 2 : У партији 23 - Шприцеви и игле, за ставку 16 - да ли се тражи плава канила од 22G?

Одговор : Да, тражи се плава канила.

Питање 3 : У партији 27 - Гумени и PVC артикли, за ставку 4 да ли се траже гумене повеске?

Одговор : За ставку 4 се не траже гумене повеске, него повеске са механизмом.

С поштовањем,

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Sandra Stošić