

Број: 17/1-V- 6
Датум: 04.11.2015.

О Д Г О В О Р

Наручиоца у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у вези захтева за додатним информацијама и појашњењима који се односе на јавну набавку под редним бројем ОП V/2015

Питање бр.1. Да ли прихватате лежиште изражено од металних гредица или latoflex подлоге или мреже са окцима 40х60мм или 40х40 и сл.?

Наручилац ће узети у разматрање и мрежу са окцима димензија 40х60мм или 40х40мм, али да не буде већа од 60х60мм.

Питање бр.2. Да ли прихватате да чеоне стране буду изражене од ABS пластике или полипропилена?

Наручилац је захтевао и остаје при техничкој спецификацији из конкурсне документације – да чеоне стране буду изражене од универа у раму од цеви.

Питање бр.3. Да ли прихватате да се подизање узглавља врши навојним вретеном или неким другим механизмом?

Наручилац ће узети у разматрање и да се подизање узглавља врши и навојним вретеном, уз могућност подизања и узножја.

Питање бр.4. Да ли прихватате кревет који се качи на чеоне стране и има само један трап тј. лежиште са ногама које са чеоним странама чине једну целину?

Наручилац је захтевао и остаје при техничкој спецификацији из конкурсне документације - горњи и доњи трап кревета су засебне јединице тако да су ноге кревета чеоно и бочно увучене.

Питање бр.5. Да ли ограднице кревета могу да буду од ABS пластике или пропилена и да ли могу да буду постављене по две на једној страни?

Наручилац ће узети у разматрање и ограднице кревета од ABS пластике или пропилена и могу да буду постављене по две на једној страни.

Напомињемо да је један од додатних услова достава оригиналног проспекта понуђеног добра или произвођачка спецификација понуђеног добра (на српском) са означеним, маркираним/ подвученим карактеристикама.



ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Доц. др Мирјана Шефик Букилица